

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
— технічні вимоги до предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва предмета закупівлі	Вироби медичного призначення
Код ДК 021:2015	33140000-3 - Медичні матеріали
Місце надання послуг / виконання робіт	51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 40.
Строк надання послуг / виконання робіт	до 31.12. 2023 року включно

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування	МТВ	Кіл-сть	Од. виміру
1	Ємність для збору сечі 120 мл, (з РР, з кришкою, з системою аспірації для вакуумних пробірок, з матовим фрагментом, в індивідуальній упаковці) НК 024:2019 31400-Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD	Ємність повинна бути призначена для збору та зберігання сечі для медико-біологічних досліджень. Герметичність кришки з корпусом повинна забезпечуватись нарізним з'єднанням. URI-BOX повинен мати наклейку для запису даних пацієнта. Виготовлена з пластмаса високим ступенем прозорості, не деформується і не тріскається при натисканні. Температура зберігання від -20 до +50 С Пакування : в індивідуальному пакуванні, стерильне	1000	Шт.
2	Маска медична 3-х шарова одноразова НК 024:2019 - 35177 — Маска хірургічна, одноразового застосування	Одноразова тришарова медична маска - виготовлені з нетканого матеріалу відповідно до ГОСТ EN 14683: 2014 "Маски хірургічні" - зовнішній шар повинен бути спанбонд щільністю 25 г / м2 - середній шар повинен бути мейтблаун щільністю 25 г / м2 (коефіцієнт бактеріальної фільтрації 95%) - зовнішній шар повинен бути спанбонд щільністю 25г/м2 Кількість в пакуванні : 50 шт Фіксатор: металевий Колір: блакитний	1000	Шт.
3	Простирядло одноразове Фортіус ПРО (1рул) НК 024:2019 - 47456 - Простирядло разового використання	Покриття одноразове в рулоні щільністю 20 г/м2. Покриття (простирядло) одноразове повинно застосовуватися з метою дотримання правил антисептики в медичних закладах усіх типів (лікарні, мед. центри, стоматологічні клініки та кабінети), освітніх установах (школи, садки, табори), косметологічних та масажних закладах, у побуті. Матеріал покриття : поліпропілен (спанбонд) 20 гр/м2 – нетканий матеріал, що складається з	4	Шт.

		поліпропіленових волокон, з'єднаних термічним способом. Розміри: ширина 60 см; Довжина 100 м.		
4	Бахіли SanGig, 3г/пара - Голубі НК 024:2019 61938 — Набір одягу хірургічний / оглядовий	Повинні бути призначені для загального використання в медичних закладах та палатах. Бахіли не повинні протікати, мати матеріал виготовлення: поліетилен; Колір: блакитний; Кількість в упаковці: 100 шт (50 пар); Довжина витратного матеріалу: 0.41 мм.	200	Шт.

всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	НК	Од. виміру	Кількість	Ціна з/без ПДВ	Сума з/без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7
1						

****Якщо учасник не являється платником податку на додану вартість, ціну і суму зазначати без ПДВ.**