

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(назва предмета закупівлі)

Назва предмета закупівлі	Лабораторні реактиви
Код ДК 021:2015	33690000-3 Лікарські засоби різні
Місце поставки товару / надання послуг /	51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 40.
Строк поставки товару / надання послуг /	до 31.12. 2023 року включно

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Таблиці 1:

Таблиця 1

№	Найменування	НК 024:2023	Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість	Ціна
1	RPR-carbon-тест 500	51819 - Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Склад набору 1. Реагент 1. Вугільна суспензія: частинки вугілля, покриті сумішшю ліпідів, кардіоліпіну, лецитину і холестерину в фосфатному буфері, 5 ml (мл) (1 фл.) 2. Реагент 2. Позитивний контроль, який дає реакцію на 3+ або 4+, 0.5 ml (мл) (1 фл.) 3. Реагент 3. Негативний контроль, 0.5 ml (мл) (1 фл.) 4. Палички для розмішування сироваток (250 шт.) 5. Тестовий слайд (5 шт.) 6. Інструкція з використання 7. Паспорт Аналітичні характеристики Ефект прозони: ефект прозони не спостерігається до титру $\geq 1/128$	паков	2,000	

2	Білірубін по Йєндрашіку Спл 110	63410- Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD(діагностика in vitro),комплект,спектрофотометрія	Склад набору Сульфанілова кислота - 30 mmol/l (ммоль/л), соляна кислота - 400 mmol/l (ммоль/л). Нітрит натрію - 50 mmol/l (ммоль/л). Кофеїн - 100 mmol/l (ммоль/л). Лінійність вимірювального діапазону: 3.4-340 μmol/l (мкмоль/л).Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Чутливість не менш 3.4 μmol/l (мкмоль/л). Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.	паков	2,000	
3	Лужна фосфатаза-кін.Спл (ЛФ-кін.Спл) 40	52928 - Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD(діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	Склад набору Буфер:діетаноламін рН 10.4 - 1 mmol/l (ммоль/л); магнію хлорид-0.5 mmol/l (ммоль/л). Субстрат: п-нітрофенілфосфат - 10 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики 1.Лінійність вимірювального діапазону: 40 - 800 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:9 (в 10 разів) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 10. 2.Чутливість не менш 10 U/l (Од/л). 3.Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.	паков	1,000	